

Suwałki, dnia 13/11/2019r.

L.dz. OP.I.2400.29.2019

**Wszyscy uczestnicy postępowania
5/ZO/2019**

Dotyczy: zapytania ofertowego na „zakup i dostawę ssaków medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkachuprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisówzapytania ofertowegoo poniżej przytoczonej treści.Udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pozycja 1: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 12

Pozycja 2: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 6

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy z czasem ładowania akumulatora do 5h .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy wyposażony w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4) z czasem pracy na akumulatorze do 45 min i żywotnością akumulatora do 1500 cykli ładowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 2

Pytanie 1.

Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie punktu 6 ze specyfikacji technicznej dot. pozycji 1 i 2 „żywoćność akumulatora min. 500 cykli ładowania (potwierdzone)”?

Motywuujemy to tym, że dystrybutor ssaków nie może zagwarantować określonej żywotności akumulatorów żelowych, w które wyposażone są te ssaki, ze względu na niemożność ustalenia w jakich warunkach będą użytkowane urządzenia. Akumulatory żelowe źle znoszą przechowywanie w temperaturach niższych lub wyższych niż temperatura pokojowa i nieregularne ładowanie. Nominalnie akumulatory mają około 500 cykli ładowania, ale zależy to od ich eksploatacji.

Odpowiedź: Nie dopuści.

Uczestnik 3

Pytanie 1.

Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 6.

Zestawienie parametrów granicznych.

Proszę o informację jakiego dokumentu zamawiający oczekuje w celu potwierdzenia żywotności akumulatora. Czy może być oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 7.

Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z czasem ładowania do 360 min?

Odpowiedź: Nie dopuści

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 13.

Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z akumulatorem żelowym?

Odpowiedź: Nie dopuści

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 15.

Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający usunie z opisu parametr "filtr chroniący silnik ssaka niewymagający okresowej wymiany", każdy filtr się zanieczyszcza i wymaga okresowej wymiany. Dlatego zamawiający będzie ponosił kosztowny serwis pogwarancyjny takiego urządzenia.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 6.

Zestawienie parametrów granicznych.

Proszę o informację jakiego dokumentu zamawiający oczekuje w celu potwierdzenia żywotności akumulatora. Czy może być oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 7.

Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z czasem ładowania do 360 min?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 13.

Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z akumulatorem żelowym?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 15.

Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający usunie z opisu parametr "filtr chroniący silnik ssaka niewymagający okresowej wymiany", każdy filtr się zanieczyszcza i wymaga okresowej wymiany. Dlatego zamawiający będzie ponosił kosztowny serwis pogwarancyjny takiego urządzenia.

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 4

Pozycja 1 – Ssaki medyczne akumulatorowo- sieciowe sztuk 12

Pytanie 1

Czy pod pojęciem: „możliwość monitorowania stanu zużycia baterii” Zamawiający określił możliwość monitorowania stanu naładowania akumulatora ?

Odpowiedź: tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo-sieciowy, którego czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania wynosi 55 min. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed zalaniem/ zawilgoceniem silnika tj. filtr antybakteryjny- hydrofobowy oraz zawór antyprzelewowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy pracujący na akumulatorze kwasowo- ołowiowym? Oferowany akumulator spełnia wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie dopuści

Pozycja 2 – Ssaki medyczne akumulatorowo- sieciowe sztuk 6

Pytanie 5

Czy pod pojęciem: „możliwość monitorowania stanu zużycia baterii” Zamawiający określił możliwość monitorowania stanu naładowania akumulatora ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo-sieciowy, którego czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania wynosi 55 min. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed zalaniem/ zawilgoceniem silnika tj. filtr antybakteryjny- hydrofobowy oraz zawór antyprzelewowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy pracujący na akumulatorze kwasowo- ołowiowym? Akumulator spełnia wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuści

Uczestnik 5

Pozycja 1: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 12

Pozycja 2: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 6

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy z czasem ładowania akumulatora do 7h, z możliwością wymiany akumulatora w ciągu 10 sekund bez konieczności stosowania narzędzi?

Odpowiedź: Nie dopuści

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy z czasem pracy na akumulatorze do 45min z możliwością wymiany akumulatora w ciągu 10 sekund bez konieczności stosowania narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielanymi odpowiedziami na zapytania i wynikającymi z nich modyfikacjami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 19/11/2019r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 19/11/2019r. godz. 13:30

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.paliatywna.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 07/11/2019r. i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach.

Z poważaniem

Irena Mickiewicz

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II

w Suwałkach