



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI PALIATYWNEJ im. Jana Pawła II
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54**

Suwałki, 13 sierpnia 2026 r.

14/KO/2026/2

W odpowiedzi na zadane pytania w dniu 13.08.2026 r. (odczytane przez Zamawiającego 18.08.2026 r.) informujemy:

1. **Kryterium czasu wykonania badania:** Zgodnie z dokumentacją jednym z kryteriów oceny ofert jest czas wykonania badania. Jednocześnie formularz ofertowy nie przewiduje pola umożliwiającego wskazanie deklarowanego czasu realizacji. Prosimy o wskazanie, w którym miejscu oferty Wykonawca powinien zadeklarować czas wykonania badania, tak aby mógł on zostać uwzględniony w ocenie ofert.

— Zamawiający wyraża zgodę na dopisek obok badania, co do czasu wykonywania badań, po zintegrowaniu systemu wyniki będą widoczne w systemie.

2. **Badanie czasu fibrynolizy:** W opisie przedmiotu zamówienia wskazano badanie czasu fibrynolizy. Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to badanie obecnie bardzo rzadko wykonywane, o ograniczonym znaczeniu w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej, a przez wielu wykonawców nie jest już oferowane. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnych badań służących ocenie układu fibrynolizy i hemostazy, takich jak:

- D-dimery
- plazminogen
- inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1)
- alfa-2-antyplazmina
- fibrynogen
- kompleksy plazmina-antyplazmina (PAP)
- tromboelastografia/tromboelastometria (TEG/ROTEM) w zakresie oceny fibrynolizy.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza wskazanych powyżej badań jako równoważnych, prosimy o wskazanie przez Zamawiającego innych parametrów lub badań, które mogą zostać zaoferowane zamiast czasu fibrynolizy i będą uznane za spełniające wymagania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, jeżeli badanie czasu fibrynolizy nie jest obecnie zlecane lub jego wykonywanie nie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, prosimy o rozważenie wykreślenia tego badania z zakresu zamówienia.

— Zamawiający dopuszcza D-dimery lub fibrynogen.

3. **Poziom kwasu wapniowego:** W opisie przedmiotu zamówienia wskazano oznaczenie „poziomu kwasu wapniowego”. Zwracamy uwagę, że w nomenklaturze laboratoryjnej nie występuje badanie o takiej nazwie. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego parametru dotyczy zapis. Czy

Zamawiający miał na myśli oznaczenie stężenia kwasu walproinowego, czy też inne badanie?

— Chodzi o stężenie kwasu walproinowego.

- 4. Czas krwawienia:** W opisie przedmiotu zamówienia wskazano badanie czasu krwawienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to badanie o ograniczonym znaczeniu diagnostycznym, które ze względu na niską powtarzalność wyników oraz zależność od czynników wykonawczych zostało w dużej mierze wyparte przez nowsze metody oceny układu hemostazy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści w miejsce oznaczenia czasu krwawienia wykonanie badań APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) oraz INR/PT (czas protrombinowy wyrażony jako INR), które stanowią powszechnie stosowane i rekomendowane parametry oceny układu krzepnięcia, a jednocześnie znajdują się również w zakresie badań objętych przedmiotem zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania, prosimy o wskazanie innych badań zamiennych, które będą uznane za równoważne względem badania czasu krwawienia i spełnią wymagania Zamawiającego.

— Zamawiający pozostawia czas krwawienia: APTT i INR/PT.

Dr n. o zdr. Irena Mickiewicz

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

/podpisano elektronicznie/